

# Contrôle de la radioactivité de l'eau du Rhône

## Balise d'Avignon (Vaucluse)


Avril  
2024

- Voie gamma total
- - - Limite de détection gamma total
- Seuil d'alerte gamma total

- Voie gamma [320 keV ; 400 keV]
- - - Limite de détection gamma [320 keV ; 400 keV]
- Seuil d'alerte gamma [320 keV ; 400 keV]

- Evénements

Aucune mesure n'est actuellement exploitable compte tenu de l'arrêt de la pompe de prélèvement suite à un dysfonctionnement (fuite de lubrifiant).  
Ce dysfonctionnement est en cours de résolution.



P = précipitations/crues  
Autres codes : cf. <http://balises.criirad.org/aide.htm>

Observations