

Contrôle de la radioactivité de l'eau du Rhône

Balise d'Avignon (Vaucluse)

Juillet
2024

- Voie gamma total
- - - Limite de détection gamma total
- Seuil d'alerte gamma total

- Voie gamma [320 keV ; 400 keV]
- - - Limite de détection gamma [320 keV ; 400 keV]
- Seuil d'alerte gamma [320 keV ; 400 keV]

- Evénements

Aucune mesure n'est actuellement exploitable compte tenu de l'arrêt de la pompe de prélèvement suite à un dysfonctionnement (fuite de lubrifiant).
Le 31 mai, le dispositif a été démonté pour maintenance.

